



Αθήνα 14 Μαΐου 2007

Προς
Την Εταιρεία
Emergy Products &
Advance Products

Σε απάντηση της από 19/04/07 επιστολής σας, σας γνωρίζω ότι, η μέθοδος **Surgitron Dual Frequency RF 4.0 MHz**, δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να εκτελεί χειρουργικές πράξεις στην περιοχή του μέσου ωτός, δεδομένου ότι όταν τέμνεται ο βλεννογόνος στην περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να αυξάνεται η θερμοκρασία σε υπερβολικό βαθμό επειδή μπορεί να προκύψουν βλάβες του έσω ωτός και του προσοφικού νεύρου. Για τους λόγους αυτούς συνιστάται η χρήση αυτού του μηχανήματος της Ραδιοχειρουργικής.

Διευθυντής
Αν. Καθηγητής



Ελευθέριος Φερεκύδης